

TABANCA ENJEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Enjektörün 2 cc ilaç alım haznesi olacaktır.
- 2-İğne ucu yekpare malzemeden olacaktır.
- 3-İğnede dikine 5 adet set bulunacaktır.
- 4-Arkalık ve iğne gövdeye vidalı montaj olacaktır.
- 5-Gövde beyaz ithal plastik olacaktır.

İğne Ucu Çapı 1,5 mm

Gövde Kalınlığı 1,1 mm

İğne Boyu 2,4 cm

Enjektör Boyu 12 cm olacaktır.

Bedii BEŞKAZALIOĞLU

Veterinerlik İşl.İv.d.